

Краткие рекомендации к проведению уборок помещений стационара

Объект	Вид уборки	Кратность	Дезинфицирующее средство	Порядок проведения
Палаты	Ежедневная	2 раза в сутки	Растворы: Мыльно-содовый 1 % хлорамина 0,5% Бианола 0,1 % Септодор Форте 0,1% Лизафина 0,05% Септодор Арома 2% Самаровки Клорсепта и Клорклина (1г на 5 л. воды) и пр.	Протирают мебель, подоконники, батареи. Моют полы, чистят раковины. Проветривают, кварцуют палаты.
	Генеральная	1-2 раза в месяц	Те же, что для текущей уборки	Орошают, моют стены окна, плинтуса, мебель, кровати, пол. Проветривают, кварцуют палаты.
Санузлы	Ежедневная	2 раза в сутки и чаще по необходимости	Растворы 1% хлорамина 0,5% Ника Экстра 0,5% Лизафин 0,4% Септодор Форте 0.5% Бианол и др.	Унитазы обрабатывают дезинфицирующим средством и в дальнейшем чистят. Моют полы, двери. ручки.
	Генеральная	1 раз в неделю		Моют и чистят полы стены, двери, унитазы. Проветривают.
Пищеблок	Ежедневная	3 раза в сутки	Растворы 1% хлорамина 0.3% Ника Экстра 2 % Самаровка + 0.5% СМС 0.5% Бианол + 0.5% СМС 0,05% Септодор Арома + 0.5% СМС Клорклин и Клорсепт(1г. на 5 л.) и др.	После приема пищи обрабатывают дезинфицирующими средствами столы, проводят влажную уборку полов, обрабатывают посуду
	Генеральная	1 раз в неделю	Те же, что для текущей, за исключением Ники Экстра, которая в данном случае 0,6% и др.	Моют стены, окна, чистят посуду, раковины.
Перевязочная, процедурный кабинет, операционная	Текущая	В процессе работы	Растворы 0,4% Септодор Форте 1%, 3% хлорамина 1,5% Бианол 1,5% Лизафин 2% Ника Экстра М 1% Велтолен и др.	В процессе работы подбирают упавшие шарики, инструменты, вытирают кровь, экссудат.
	Заключительная	2 раза в сутки	Растворы 3% хлорамина, 3% перекись водорода+0,5% СМС и те же, что для текущей и др.	Обрабатывают инструменты, моют полы, подоконники, мебель
	Генеральная	Раз в неделю	Растворы 3-5% хлорамина 6% перекись водорода +0,5%СМС 2% Ника Экстрв М 0,4% Септодор Форте 1,5% Бианола 1,5% Лизафина +0,5% СМС 1% Велтолен и др.	Орошают из гидропульты или протирают с экспозицией на 1 час, затем смывают стерильной ветошью. Проветривают, кварцуют 1 час

Дезинфекция уборочного инвентаря и предметов обстановки

№ п.п	Объект дезинфекции	Дезинфицирующий раствор (указанные ниже и другие)	Способ обработки	Экспозиция
1.	Столики для процедур	Растворы 1% хлорамина 3% хлорамина 5-8% аламинола кlorсепта, пюржавеля, жавелиона и пр.	2 кратное протирание	с интервалом в 15 минут
2.	Ванна Клеенки с кушетки	Растворы 1% хлорамина 0,5% Ника Экстра 2% Самаровка 0,5% Лизафин 0,05% Септодор Форте и аэрозоль «Амиф-лайн» и пр.	2 кратное протирание распыление по поверхности	с интервалом 15 минут
3.	Кровати, тумбочки	1% раствор хлорамина	Протирание	
4.	Уборочный инвентарь	Растворы 1% хлорамина 2% Самаровка 0,05% Септодор Форте 2% Ника Экстра	2 кратное протирание	С интервалом 15 минут
5.	Посуда	Растворы 0,5% хлорамина 0,015% Жавелиона 0,3% Ника Экстра М 2% Самаровка 0,05% Септодор Форте	Замачивание Замачивание Погружение Погружение Погружение	30 минут 15 минут 15 минут 30 минут 30 минут
6.	Ветошь для полов	Растворы 1% хлорамина 2% Самаровка 0.05% Септодор Арома 2% Ника Экстра М	Погружение с последующим ополаскиванием	1 час
7.	Ветошь для уборки мебели, столов стульев	Растворы 1% хлорамина 0,015% Жавелиона 0,05% Септодор Арома 2% Самаровки вода дистиллированная	Замачивание Замачивание Замачивание Замачивание Кипячение	60 минут 15 минут 120 минут 60 минут 15 минут

Рекомендации по дезинфекции предметов ухода

№	Объект обеззараживания	Дезинфицирующее средство	Способ дезинфекции	Экспозиция
1.	Грелки, пузырьки для ру да	Растворы 1% хлорамина Велтосепта без разведения и пр.	Двукратное протирание Погружение	С интервалом в 15 минут 15 минут
2.	Наконечники для клизм, газоотводные трубки	Растворы 3% хлорамина 2,5% Велтолена и пр.	Погружение	На 1 час
3.	Термометры медицинские	Растворы 0,5% хлорамина 2% хлорамина 3% перекиси водорода Сайдекса (без разведения)	Погружение	На 30 минут На 5 минут На 80 минут На 15 минут
4.	Подкладные судна и мочеприемники	Растворы 1% хлорамина 1,5% Бианола	Замачивание	На 2 часа На 30 минут
5.	Мочалки	Растворы 1% хлорамина 2% гидрокарбоната натрия 2% Виркона	Замачивание кипячение замачивание	На 30 минут 15 минут 30 минут
6.	Плевательницы карманные	Растворы 3% хлорамина 4% Ника Экстра 2% перманганата калия вода	заливают на, дно и пользуются в течение дня кипячение	30 минут
7.	Шприцы, пинцеты, зажимы,	Растворы 3% хлорамина 0,4% Септодор Форте 2% Самаровки	Замачивание	60 минут 60 минут 120 минут
8.	Катетеры, зонды. Дренажи	Растворы 2% Самаровки Велтосепта (без разведения)	Замачивание	120 минут 15 минут
9.	Шпатели	Вода 0,5% Дезоксон-4	Кипячение Замачивание	30 минут 60 минут
10.	Пипетки	Вода 1,5% Бианол	Кипячение Замачивание	15-30 минут 30 минут
11.	Мундштуки для кислорода	70% спирт этиловый 2,5% Велтолен	2 кратное протирание погружение	С интервалом 15 минут 1 час
12.	Банки медицинские	Вода	Мытье с мылом под проточной водой	
13.	Лотки почкообразные	Растворы 3% хлорамина 2,5% Велтолена 2% Самаровка 0,4% Септодор Форте	Замачивание	1 час 1 час 2 часа 1 час
14.	Машинка для стрижки волос	70% спирт этиловый Велтосепт (без разведения)	Погружение в разобранном виде	15 минут
15.	Ножницы, бритвенный прибор	Велтосепт (без разведения)	Погружение	15 минут

Список дезинфектантов постоянно обновляется, возможны варианты.